


# 取扱について



先端は**ガラス製**です。  
突き刺す際は棒で穴を作っ  
てからご使用ください。




測定後は、必ず精製水で  
電極をすすいでください。



保管中は必ず電極用  
キャップをしてください。

※電極保存液(HI70300、HI9072)を  
キャップ内に数滴入れる。



使用期間中（毎日使用した場合）、  
最低**週に1回**は洗浄液で  
メンテナンスしてください。