2026 年 11 月 吉日

お客様各位

マリンマスター（HI 97115・HI 97105）のチュートリアルモードに関するお知らせ

拝啓　貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

このたび、超低濃度リン酸塩試薬（HI 774-25）の仕様変更に伴い、測定手順が変更となります。
これにより、従来のマリンマスター（HI 97115・HI 97105）に搭載されているチュートリアルモード（画面上の操作ガイド）について、表示される測定手順の内容が新仕様の試薬を使用した測定手順と異なる場合がございます。
また、今後出荷される製品につきましては、最新バージョンの仕様にて提供されます。

HI 97115 をご使用のお客様

専用アプリ「Hanna Lab App」を起動し、測定器本体と Bluetooth®接続すると、チュートリアルモードが自動的に最新バージョンへアップデートされます。（※お客様による特別な更新操作は不要です。）

HI 97105 をご使用のお客様

HI 97105 につきましては、チュートリアルモードのアップデート対象外となりますが、測定器本体は引き続きご使用いただけます。
新仕様の試薬をご使用の際は、従来のチュートリアルモードではなく、変更後の測定手順に従って測定してください。

測定手順の案内

新仕様の試薬を使用した測定手順につきましては、
右の QR コードまたは URL より、必要事項を入力
することでご確認いただけます。

URL：https://hanna.co.jp/wp-content/uploads/2026/11/Measurement-Procedure-Using-the-New-Reagent_HI774-25_HI736-25.pdf

本変更に関してご不明な点がございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。
今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社
TEL ： 043-216-2601 / E-mail ： sales@hanna.co.jp